



ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ИНСТИТУТ СЕРТИФИКАЦИИ
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
(ОАО "ВНИИС")

Электрический пер., д.3/10, строение 1,
г. Москва, 123557

Телефон: (499) 253 70 06 Факс: (499) 253 33 60
http://www.vniis.ru E-mail: vniis@vniis.ru

Исх. № 10-05/1177 от 24.07.12

Директору Общества с ограниченной
ответственностью «Биосенсор АН»
А.Р. Гвоздеву
142432, Московская обл., Ногинский р-н,
г. Черноголовка, а/я 4
тел. (496) 522 81 90, 522 84 90

На № 1107/12-4
от 11.07.2012 г.

На Ваш запрос о принадлежности к объектам обязательного подтверждения соответствия продукции: экспресс-анализатор мочи АМ 2100; тест-полоски индикаторные: «Уриглюк-1», «Урикет-1», «Кетоглюк-1», «Урибел», «Диаглюк», «Ури-рН», «Алкосенсор», «Уриполиан-ХН», сообщаем следующее.

Вышеуказанная продукция, согласно регистрационным удостоверениям Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития № ФСР 2007/01530 от 24.12.2007 г., № ФСР 2008/02809 от 11.06.2008 г., № ФСР 2011/11001 от 30.05.2011 г., № ФСР 2011/11002 от 30.05.2011 г., № ФСР 2011/11003 от 30.05.2011 г., № ФСР 2011/11794 от 29.08.2011 г., № ФСР 2011/11795 от 29.08.2011 г., № ФСР 2011/11796 от 29.08.2011 г., № ФСЗ 2007/00683 от 27.03.2012 г., может быть отнесена по Общероссийскому классификатору продукции ОК 005-93 к позициям: «Анализаторы состава и свойств биологических жидкостей медицинские» (код ОКП 94 4310), «Наборы реагентов для клинической лабораторной диагностики» (код ОКП 93 9816).

Указанная в настоящей справке продукция не включена в «Единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации» и «Единый перечень продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии», утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 г. № 982 (с изменениями, утвержденными Постановлениями Правительства Российской Федерации от 17.03.2010 г. № 148, от 17.03.2010 г. № 149, от 26.07.2010 г. № 548, от 20.10.2010 г. № 848, от 13.11.2010 г. № 906, от 21.03.2012 г. № 213, от 04.05.2012 г. № 435, 18.06.2012 г. № 596), и представление сертификата соответствия и декларации о соответствии на указанную в справке продукцию не требуется.

Настоящая справка действительна до внесения изменений в «Единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации» и «Единый перечень продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии» в отношении указанной в справке продукции или до вступления в силу технических регламентов на указанную в справке продукцию.

Заведующий отделом института

Круглосуточный автоинформатор (499) 253 00 78
телефоны для справок (499) 253 03 68, 253 03 79
факсы (499) 253 00 85, 253 68 55



И.З. Аронов